

**Aviso Único de Resultado  
Resolución de Adjudicación No.69/2014**

**MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

=====



**AVISO UNICO DE RESULTADO DE  
ADJUDICACIÓN EN FIRME**

**EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**, dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), comunica el resultado de la adjudicación de la siguiente licitación:

- Licitación Abierta DR-CAFTA LA No.15/2014, **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL HOSPITALARIO UROLOGICO” FONDO GENERAL**, Adjudicado a la empresa: **EQUIMSA, S.A. de C.V.**, en la Resolución de Adjudicación No.69/2014.

**San Salvador, 21 de Julio de 2014**



Ministerio de Salud

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Licitación DR-CAFTA LA N° 15/2014

ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL HOSPITALARIO UROLOGICO

Resolución de Adjudicación No. 69/2014



0000521

En el Ministerio de Salud, en la Ciudad de San Salvador, Departamento de San salvador, a las ocho horas, del día veintitrés de junio de dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

- 1. Que el día dos de junio dos mil catorce, se procedió a la recepción y apertura de ofertas por parte de EQUIMSA, S.A. DE C.V por un monto ofertado de \$ 105,500.00
i) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas analizando la propuesta presentada por el oferente EQUIMSA, S.A. DE C.V determinó que cumplió con la totalidad de los documentos legales, solvencias, requeridos en las bases de licitación, es elegible para continuar con la etapa de evaluación EQUIMSA, S.A. DE C.V., que tenía errores u omisiones en los documentos referentes a la constatación de datos, que no afectan el principio de la oferta, se le otorgó el plazo de 3 días hábiles, para solventar tal situación.
ii) Que durante el plazo otorgado para que subsanaran los errores u omisiones relacionados con la presentación de documentos solicitados por la Comisión de Evaluación de Ofertas, el oferente EQUIMSA, S.A. DE C.V cumplió con la prevención relacionada en el literal anterior, presentando los documentos solicitados en el plazo otorgado.
iii) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, realizó el análisis de la capacidad financiera del oferente: EQUIMSA, S.A. DE C.V, que se considera elegible para ser evaluada en esta etapa; obteniendo el puntaje de 30% para ser evaluados en la etapa de especificaciones técnicas y verificación de condiciones generales.
iv) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones generales, determinando que la propuesta de EQUIMSA, S.A. DE C.V obtiene 70% para ser evaluadas en la propuesta económica.
v) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de la propuesta presentada recomendó adjudicar el proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA N° 15/2014 denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL HOSPITALARIO UROLOGICO" a la oferta EQUIMSA, S.A. DE C.V, por haber cumplido con las condiciones y especificaciones técnicas; calidad y precio por un monto de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS/00 dólares de los Estados Unidos de América.

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y a los artículos 56 de ía Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; en uso de sus facultades legales, la Ministra de Salud,

1.RESUELVE: ADJUDICAR a EQUIMSA, S.A. DE C.V, la Licitación Abierta DR-CAFTA LA No.15/2014 denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL HOSPITALARIO UROLOGICO", por el valor de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS/00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 105,500.00)

Table with 8 columns: Renglón, Oferta, Adjudicatario / Casa Representada, Descripción, U/M, Cantidad, Precio Unitario, Importe Compra. Row 1: 1, 1- 1, EQUIMSA, S.A. DE C.V., 60303878 TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA, C/U, 1.00, \$105,500.0000, \$105,500.00

EQUIPO: TORRE DE VIDEOENCOSPIA UROLOGICA
MODELO: ENDOCAM LOGIC HD/AURIGA QI
Marca: RICHARDWOLF/STARMEDTEC
Origen: ALEMANIA
Vencimiento: N/A
Casa representada: RICHARD WOLF/STARMEDTEC
VIDEOPROCESADOR
MARCA: RICHARD WOLF

MODELO: ENDOCAM LOGIC HD
VIDEO PROCESADORA CON CABEZAL DE CAMARA DE 3 CHIPS RESOLUCIÓN HDTV DE 1920 X 1080 PÍXELES, CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 PÍXELES CON REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE BRILLO CON LAS SIGUIENTES SALIDAS DE SEÑALES DE VIDEO: HDMI/DVI, BNC, S-VIDEO ( Y/C), 3G-SDI CON SISTEMA DE MAGNIFICACIÓN ELECTRÓNICA "ELECTRONIC ZOOM" CON SISTEMA DE REALCE ELECTRÓNICO (IMAGE/COLOR PROCESSES) "DETAIL" VIDEO PROCESADORA ENDOCAM LOGIC HD, CON SISTEMA INTEGRADO DE CONGELAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN FORMATO JPEG Y TIFF (IMAGEN ARCHIVE-FREEZE ON ARCHIVE) EN MEMORIA USB CON SISTEMA PIP (PICTURE IN PICTURE) MONITOR
MARCA: SONY
MODELO: LMD-2451MD
PANTALLA PLANA TFT/LCD HDTV
MONITOR HDTV GRADO MÉDICO DE 24"
RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200 PÍXELES
MONITOR, MARCA: SONY, MODELO: LMD-2451MD CON LAS SIGUIENTES ENTRADAS DE SEÑALES DE VIDEO: DVI/HDMI, RGB, BNC, S-VIDEO (Y/C).
FUENTE DE LUZ

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 25 JUN. 2014

MARCA: RICHARD WOLF  
MODELO: ENDOLIGHT LED 1.2  
CON TECNOLOGÍA LED DE ALTO RENDIMIENTO (HIGH PERFORMANCE). FUENTE DE LUZ CON CONECTOR GIRATORIO PARA CONEXIÓN CON DIVERSOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA TAL COMO STORZ, ACMI/STRYKER, OLYMPUS Y RICHARD WOLF FUENTE DE LUZ LED CON POTENCIA DE 180 WATTS  
CON TEMPERATURA DE COLOR 6,500° K  
VIDA ÚTIL DE DIODO LED 30,000 HORAS  
UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA AUTOCLAVABLE, DIÁMETRO DE 4.5 mm Y LONGITUD DE 3000 mm  
UNIDAD LASER

MARCA: STARMEDTEC  
MODELO: AURIGA QI  
LASER DE HOLMIUM  
CON POTENCIA MÁXIMA DE 30W  
CON ENERGÍA PULSANTE DE 4 JOULES (4,000 mJ)  
CON RANGO DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 4 A 20 Hz.  
CINCO FIBRAS REUTILIZABLES MULTIUSOS DE DIFERENTES DIÁMETROS, ADECUADOS A LOS EQUIPOS OFERTADOS  
FIBRO URETERO RENOSCOPIO SEMIRIGIDO

MARCA: RICHARD WOLF  
MODELO: 8708.534  
LONGITUD ÚTIL DE 430 mm  
FIBRO URETERO RENOSCOPIO SEMIRIGIDO, CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 6.5/8.5, CON DOS CANALES DE TRABAJO CON POSIBILIDAD DE TRABAJAR SIMULTANEAMENTE CON DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES Y/O CON DOS SISTEMAS DE LAVADO DE DOS CANALES. UN CANAL DE 4.2 Fr. PARA INSTRUMENTOS DE 4 Fr. Y OTRO CANAL DE 2.55 Fr. PARA INSTRUMENTOS DE 2.4 Fr.  
CON SISTEMA OPTICO DE 5°  
DOS PINZAS DE AGARRE MODULAR "TAKE-A-PART" HySafe GIRATORIA 360° DE 4 CHARR. CON LONGITUD ÚTIL DE 55 cm.  
FIBRO URETEROSCOPIO SEMIRIGIDO

MARCA: RICHARD WOLF  
MODELO: 8708.533  
LONGITUD ÚTIL DE 315 mm  
FIBRO URETEROSCOPIO SEMIRIGIDO, CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 6.5/8.5, CON DOS CANALES DE TRABAJO CON POSIBILIDAD DE TRABAJAR SIMULTANEAMENTE CON DOS INSTRUMENTOS AUXILIARES Y/O CON DOS SISTEMAS DE LAVADO DE DOS CANALES. UN CANAL DE 4.2 Fr. PARA INSTRUMENTOS DE 4 Fr. Y OTRO CANAL DE 2.55 Fr. PARA INSTRUMENTOS DE 2.4 Fr.  
CON SISTEMA OPTICO DE 5°  
DOS PINZAS DE AGARRE MODULAR "TAKE-A-PART" HySafe GIRATORIA 360° DE 4 CHARR. CON LONGITUD ÚTIL DE 42.5 cm.  
URETEROSCOPIO FLEXIBLE

MARCA: RICHARD WOLF  
MODELO DEL KIT: 73260761  
CON DOS CANALES DE TRABAJO INDEPENDIENTES CADA CANAL CON UN DIÁMETRO DE 3.3 CHARR  
LONGITUD DE TRABAJO DE 68 cm.  
DIRECCIÓN VISUAL DE 0°  
ÁNGULO DE VISIÓN 85°  
DIÁMETRO DISTAL DE 6 CHARR.  
DOS PINZAS FLEXIBLES PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS (NITINOL) DE 3 CHARR, LONGITUD ÚTIL DE 91 cm. APROXIMADAMENTE, COMPATIBLE CON  
DOS CANASTAS DORMIA DE 2.4 CHARR DE (NITINOL) LONGITUD ÚTIL DE 91 cm. APROXIMADAMENTE, COMPATIBLE CON OCHO ALAMBRES GUÍAS.  
DOS ACCESS SHEATH BLINDADOS/REFORZADOS (MEDIANO Y LARGO) DE 12 Fr. LONGITUD ÚTIL DE 45-55 cm.

CARRO DE TRANSPORTE  
MARCA: RICHARD WOLF  
MODELO: RIWomobil  
CUATRO RUEDAS, 2 RUEDAS FRONTALES CON SISTEMA DE FRENO.  
CON PLACAS DE FIJACIÓN AJUSTABLES  
CON MÓDULO DE INTERRUPCIÓN PRINCIPAL  
CON SOPORTE PARA CÁMARA  
CON GAVETA DE ALMACENAMIENTO  
SUB DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO CON 12 CONEXIONES  
EL EQUIPO ESTÁ FABRICADO BAJO LAS NORMAS ISO 13485:2003, ISO 9001: 2008, CERTIFICACIÓN CE Y CERTIFICACIÓN FDA.  
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE: 100-120 VAC 50/60 Hz  
UPS CON UNA POTENCIA DE TRABAJO DE 1500 VA  
FRECUENCIA: 50/60 Hz

1 FASE CABLE DE ALIMENTACIÓN MACHO POLARIZADO  
SE ENTREGARÁ UN UPS EN LINEA CON UNA POTENCIA DE 1500 VA  
NUESTRO EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LAS NORMAS ELECTRICAS DE SEGURIDAD IEC 60601-1  
EQUIMSA, S.A DE C.V, SE COMPROMETE A ENTREGAR EL EQUIPO OFERTADO Y ADJUDICADO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DEL ESPECIALISTA ASIGNADO DEL ÁREA Y EL ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN  
EQUIMSA, S.A DE C.V, DECLARA QUE NUESTRO EQUIPO OFERTADO CUENTA CON UNA GARANTIA DE TRES AÑOS (3 AÑOS), CONTRA DESPERFECTOS DE FÁBRICA, LA CUAL INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER COMPONENTE, EQUIPO O REPUESTO POR OTRO COMPLETAMENTE NUEVO QUE SE DAÑE DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA.  
EQUIMSA, S.A DE C.V, SE COMPROMETE A MANTENER UN STOCK DE EXISTENCIA DE REPUESTOS POR UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS  
CON LA OFERTA PRESENTAMOS:  
CATÁLOGO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN IDIOMA CASTELLANO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS.

CON EL EQUIPO ENTREGAREMOS:  
• MANUAL DE OPERACIÓN EN CASTELLANO  
• MANUAL DE PARTES  
• MANUAL DE SERVICIOS  
PARA ESTOS DOS ÚLTIMOS SE PRESENTARAN PREFERIBLEMENTE EN CASTELLANO O EN SU DEFECTO EN INGLÉS. TODOS LOS MANUALES IMPRESOS Y EN FORMA DIGITAL (CD)  
EQUIMSA, S.A DE C.V, SE COMPROMETE A QUE PROPORCIONARÁ CAPACITACIÓN IMPARTIDAS AL PERSONAL OPERADOR Y PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE UN PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO, EL CUAL SE PRESENTARÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO Y COMPRENDERÁ :  
LA OPERACIÓN, LIMPIEZA Y MANEJO DEL EQUIPO ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.  
EQUIMSA, S.A DE C.V, DECLARA QUE NUESTRA EMPRESA CUENTA LOCALMENTE CON UN DEPARTAMENTO TÉCNICO BIOMÉDICO Y SU PERSONAL DEBIDAMENTE ENTRENADO POR EL FABRICANTE.  
ADEMÁS JUNTO CON LA OFERTA PRESENTAMOS CURRÍCULO VITAE DEL PERSONAL TÉCNICO CON SUS RESPECTIVOS ATESTADOS.



Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Licitación Abierta LA N° 15/2014

DR-CAFTA LA N° 15/2014

ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL HOSPITALARIO UROLOGICO

Resolución de Adjudicación No. 69/2014

0000522

2

CSSP: N/A

SET DE DILATADORES URETRALES C/U

TIPO VAN BEUREN

-----  
DESIERTO

Monto Total Adjudicado: \$105,500.00

Resumen de Resolución de Adjudicación

Licitación Abierta LA N° 15/2014

Oferta Empresa

Monto adjudicación

1 EQUIMSA, S.A. DE C.V.

Renglones adjudicados: 1

\$105,500.00

Monto Total Adjudicado: \$105,500.00

2. ELABORAR EL RESPECTIVO CONTRATO, UNA VEZ ESTA RESOLUCIÓN ESTE EN FIRME.

NOTIFÍQUESE



DR. EDUARDO ANTONIO ESPINOZA FIALLOS  
VICE MINISTRO DE POLÍTICAS SECTORIALES, ENCARGADO DEL DESPACHO