



ADENDA No. 1
16 JUN 2015

Fecha _____

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 07/2015
“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Y CD4/CD8 MODALIDAD
COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA ”
FONDO GENERAL Y PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA -SSF/NMF

Se hace del conocimiento de las personas naturales y jurídicas participantes en la Licitación Abierta, que para ofertar deben tomar en cuenta lo siguiente:

Incorporar en la Parte IV ANEXO No. 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado EQUIPOS E INSTALACIÓN, para ambos ÍTEM lo siguiente:

El equipo solicitado debe poseer una velocidad de procesamiento adecuado para la realización de hasta 150 pruebas diarias e incluso poder dejarlo funcionando durante toda la noche, para revisar emisión de resultados a primera hora del día siguiente.

Las demás Condiciones y Especificaciones técnicas de las Bases de Licitación se mantienen igual.

San Salvador, a las diez horas del día arriba mencionado


Dra. Elvia Violeta Menjivar Escalante
Ministra de Salud

