



ADENDA No. 1

Fecha 30 JUL 2015

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 13/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS (FONDOS FAE)

Se hace del conocimiento de las personas naturales y jurídicas participantes en la Licitación Abierta, que para ofertar deben tomar en cuenta lo siguiente:

Incorporar en la Parte IV Anexo No. 1, Especificaciones Técnicas, en el Código 60403005 Renglón No. 8 " AUTOCLAVE " lo siguiente:

Las dimensiones aproximadas de la cámara de Autoclave son: Volumen de (15 x 27) pulgadas que equivale a alrededor de 22 galones u 85 litros.

Las medidas aproximadas del Autoclave son (34 x 26 x 20) pulgadas, y con la base no exceda de 55 pulgadas.

Se aclara que no deberá realizarse ningún desmontaje de otro Autoclave, pero si es necesario tomar en cuenta que uno de ellos estará instalado en el Laboratorio Descentralizado de San Miguel, por lo que se recomienda realizar visita de campo para ofertar adecuadamente, ya que los equipos se recibirán debidamente instalados y funcionando.

Las demás Condiciones y Especificaciones técnicas de las Bases de Licitación se mantienen igual.

San Salvador, a las diez horas del día arriba mencionado


Dra. Elvia Violeta Menjivar Escalante
Ministra de Salud.



Rcr.