

**Aviso Único de Resultado  
Resolución de Adjudicación No.01/2015**

**MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

=====



**AVISO UNICO DE RESULTADO DE  
ADJUDICACIÓN EN FIRME**

**EL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**, dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el Capítulo 9, Artículo 9.11 numeral 2 del Tratado de Libre Comercio, comunica el resultado de adjudicación de la siguiente licitación:

- **Licitación Abierta DR-CAFTA LA No.32/2014** denominada **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM”** con fuente de financiamiento: **Fondos PEIS**, adjudicado a las empresas: **MEDITECNIC, S. A. DE C. V. Y SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.**, en **Resolución de Adjudicación No.01/2015** por un monto total adjudicado de **\$112,894.55**.

**San Salvador, 03 de Febrero de 2015**



Ministerio de Salud  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)  
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000717

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

En el Ministerio de Salud, en la Ciudad de San Salvador, Departamento de San salvador, a las ocho horas, del día diecinueve de enero de dos mil quince.

CONSIDERANDO:

1. Que el día tres de enero dos mil quince, se procedió a la recepción y apertura de ofertas por parte de Oferta N° 1 MEDITECNIC, S.A. DE C.V por un monto ofertado de \$ 142, 225.00, y Oferta N° 2 SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A. DE C.V., por un monto ofertado de \$ 93, 622.50.

i) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas analizando la propuesta presentada por Oferta N° 1 MEDITECNIC, S.A. DE C.V y Oferta N° 2 SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A DE C.V., determinó que que tenían errores u omisiones en los documentos referentes a la constatación de datos, que no afectan el principio de la oferta, se le otorgó el plazo de 3 días hábiles, para solventar tal situación.

ii) Que durante el plazo otorgado para que subsanaran los errores u omisiones relacionados con la presentación de documentos solicitados por la Comisión de Evaluación de Ofertas, los oferentes cumplieron con la prevención relacionada en el literal anterior, presentando los documentos solicitados en el plazo otorgado.

iii) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, realizó el análisis de la capacidad financiera de los oferentes, que se consideran elegibles para ser evaluados en esta etapa; obteniendo el puntaje de 30% para ser evaluados en la etapa de especificaciones técnicas y verificación de condiciones generales.

iv) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones generales, determinando que la propuesta de los oferentes obtienen un 70% para ser evaluados en la propuesta económica.

v) Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, después de realizar el análisis y evaluación de la propuesta presentada recomendó adjudicar el proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA N° 32/2014 denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM" a las ofertas N° 1 MEDITECNIC, S.A. DE C.V, y oferta N° 2 SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S.A. DE C.V., por haber cumplido con las condiciones y especificaciones técnicas; calidad y precio.

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y a los artículos 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; en uso de sus facultades legales, la Ministra de Salud,

1.RESUELVE:

Adjudicar de la manera siguiente:

Renglón	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
1	1 - 1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60405015 AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA ----- AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA, MODELO: TF50, AROS DE PRUEBA PARA USO PEDIATRICO EN OFTALMOLOGIA, METAL RESISTENTE A LA CORROSION..... VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Marca: LUXVISION Origen: ISRAEL/CHINA Vencimiento: NO APLICA Casa representada:	C/U	5.00	\$400.0000	\$2,000.00

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 19 ENERO 2015



Ministerio de Salud  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)  
 Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

MEDITECNIC, S.A. DE C.V.  
 CSSP: N/A

2	2	- 1	SERVICIOS TECNICOS	60405055	C/U	5.00	\$500.0000	\$2,500.00
---	---	-----	--------------------	----------	-----	------	------------	------------

MEDICOS, S.A DE C.V.

JUEGO DE LENTES DE PRUEBA  
 PARA OFTALMOLOGIA

-----  
 Caja de prueba  
 Caja de prueba de 266

piezas  
 Aro metálico  
 Material de vidrio  
 Cilindros positivos y  
 negativos  
 Set de prismas:  
 8,7,6,5,4,3,2,1,,0.5,0.5 y  
 10  
 Ocluser  
 2 PinHole  
 lente con ranura  
 Lente Plano  
 Filtro, rojo, verde.  
 Lente Madox blanco  
 Cilindro cruzado  
 Esferas positivas y  
 negativas  
 Maleta

Material resistente, de  
 alta durabilidad  
 Depósito de almacenamiento  
 Se entregara en buen  
 estado, a entera  
 satisfacción del  
 Administrador de contrato  
 Con la oferta: Catalogo con  
 especificaciones técnicas.

Garantía contra  
 desperfectos de un año  
 Caja de prueba  
 Caja de prueba de 266  
 piezas  
 Aro metálico  
 Material de vidrio  
 Cilindros positivos y  
 negativos  
 Set de prismas:  
 8,7,6,5,4,3,2,1,,0.5,0.5 y  
 10  
 Ocluser  
 2 PinHole



Ministerio de Salud  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)  
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000718

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

lente con ranura  
Lente Plano  
Filtro, rojo, verde.  
Lente Maddox blanco  
Cilindro cruzado  
Esferas positivas y  
negativas  
Maleta

Material resistente, de  
alta durabilidad  
Depósito de almacenamiento  
Se entregara en buen  
estado, a entera

satisfacción del  
Administrador de contrato  
Con la oferta: Catalogo con  
especificaciones técnicas.

Garantía contra  
desperfectos de un año  
Caja de prueba  
Caja de prueba de 266  
piezas  
Aro metálico  
Material de vidrio  
Cilindros positivos y  
negativos  
Set de prismas:  
8,7,6,5,4,3,2,1,,0.5,0.5 y  
10  
Oclusor  
2 PinHole  
lente con ranura  
Lente Plano  
Filtro, rojo, verde.  
Lente Maddox blanco  
Cilindro cruzado  
Esferas positivas y  
negativas  
Maleta

Material resistente, de  
alta durabilidad  
Depósito de almacenamiento  
Se entregara en buen  
estado, a entera  
satisfacción del  
Administrador de contrato  
Con la oferta: Catalogo con  
especificaciones técnicas.

Garantía contra  
desperfectos de un año



Ministerio de Salud  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)  
 Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

			Marca: AUMED		
			Modelo: SISI		
			Origen: CHINA		
			Marca: AUMED		
			Origen: CHINA		
			Vencimiento: N/A		
			Casa representada: AUMED		
			CSSP: N/A		
3	2	- 1	SERVICIOS TECNICOS	60405020	C/U 1.00\$22,108.5500 \$22,108.55
			MEDICOS, S.A DE C.V.	CAMARA DE FONDO DE OJOS	

-----  
 Cámara de fondo de ojos  
 Equipo para procedimiento:  
 Retina: Tumores como  
 retinoblastoma, etc.  
 Glaucoma

Retinopatía del prematuro  
 Fotografía del segmento  
 anterior y posterior

Cámara retinal Digital,  
 Midriática, Portátil,  
 sostenida de una mano  
 Angulo de trabajo 30 grados  
 Diámetro de pupila: 8mm.  
 Dioptría de paciente: de  
 -15 a +35 dioptrías  
 Distancia de trabajo 5mm  
 aprox.

Botones de enfoque a ambos  
 lados de la unidad  
 Tipo de fotografía: color

Programa de observación,  
 almacenamiento y  
 transmisión de imagen  
 Tipo de iluminación:  
 LED para examen  
 Xenón para fotografía

Cámara digital de 2  
 megapíxeles

Salida de video: NTSC para  
 monitor principal  
 Incluirá computadora con  
 monitor de 11"  
 aproximadamente o superior,  
 resolución mínima 640x480  
 píxeles, con capacidad de  
 almacenamiento en  
 dispositivo externo.



Ministerio de Salud  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)  
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000719

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

Interfaces: USB.  
Accesorios Incluidos:  
maleta para guardar y  
proteger el equipo.  
UPS de potencia según la  
necesidad del equipo: Con  
al menos 3 tomas corrientes  
protegidos, Con alarma  
sonora e indicadores de  
LEDs en panel Frontal  
incorporados. Reemplazo de  
baterías sin herramientas.  
Tiempo de respaldo de  
energía de 15 min. Mínimo.  
Con manual incluido.  
Certificado o autorización  
FDA, CE o JIS  
Voltaje de alimentación:  
100-240 VAC.  
Frecuencia: 50/60 Hertz

Fases: 1  
Tomacorriente macho:  
polarizado grado  
hospitalario  
Seguridad eléctrica según  
norma IEC 60601-1-2.  
portátil  
Se entregara en buen estado  
y funcionando, a entera  
satisfacción del  
Administrador del contrato  
y el jefe de área  
Con la oferta: Catalogo con  
especificaciones técnicas.  
Con el equipo: Manual de  
operación.  
Manual de servicios Y  
Manual de partes en un solo  
manual.  
En idioma castellano,  
inglés o ambos  
Garantía contra  
desperfectos de dos años, a  
partir de la puesta en  
funcionamiento del equipo.  
S.T MEDIC se compromete en  
proveer accesorios y  
repuestos por un mínimo de  
5 años..  
S.T MEDIC proporcionara el  
mantenimiento preventivo  
periódico de acuerdo a  
recomendaciones del  
fabricante y mantenimiento



**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)**  
**Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014**

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"**

**Resolución de Adjudicación No. 01/2015**

correctivo, por lo que se proporcionara todos los elementos necesarios (insumos, herramientas, repuestos, etc.) para realizar dichos mantenimientos, durante el periodo comprendido por la garantía.

S.T MEDIC proporcionara la capacitación y comprenderá: La operación, buen manejo y limpieza del equipo. Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes de equipo  
 Impartido al personal operador y técnico de mantenimiento, respectivamente.

Marca: KOWA  
 Modelo: GENESIS D  
 Origen: JAPON

Marca: KOWA  
 Origen: JAPON  
 Vencimiento: N/A  
 Casa representada: KOWA  
 OPTIMED, INC  
 CSSP: N/A

4	1	- 1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60405180	C/U	1.00\$68,000.0000	\$68,000.00
---	---	-----	----------------------------	----------	-----	-------------------	-------------

ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA

-----  
 ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA, MODELO: AYECUBED, EQUIPO DISEÑADO PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE ANORMALIDADES EN EL OJO: HEMORRAGIAS VITREALES, DESPRENDIMIENTO DE RETINA, TUMORES, ETC.  
 CARACTERISTICAS:  
 ULTRASONIDO MODO B,  
 PANTALLA: COLOR, ESCALA DE GRISES 256 NIVELES...VER ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 Marca: ELLEX  
 Origen: AUSTRALIA  
 Vencimiento: NO APLICA  
 Casa representada: MEDITECNIC, S.A. DE C.V.  
 CSSP: N/A  
 EXOFTALMOMETRO

C/U



Ministerio de Salud  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)  
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000720

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

		-----						
			DESIERTO					
6	2	- 1	SERVICIOS TECNICOS	60405125	C/U	4.00	\$200.0000	\$800.00
			MEDICOS, S.A DE C.V.	REMOVEDOR OFTALMICO PARA CUERPOS EXTRAÑOS				
				-----				
				Removedor oftálmico para cuerpos extraños Fresadora oftálmica para cuerpos extraños con micromotor incluido Baterías "AA" Elaborado de material resistente Se entregara en buen estado, a entera satisfaccion del Administrador del Contrato Con la oferta: catalogo del equipo con especificaciones tecnicas Garantía contra desperfectos de fábrica de un año a partir de la fecha de entrega del equipo Marca: KATENA				
				Modelo: ALGERBRUSCH II Origen: U.S.A Marca: KATENA Origen: U.S.A Vencimiento: N/A Casa representada: KATENA CSSP: N/A				
7	1	- 1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60405105	C/U	5.00	\$3,000.0000	\$15,000.00
				PROYECTOR DE OPTOTIPOS				
				-----				
				PROYECTOR DE OPTOTIPOS, MODELO:HCP-7000," DISTANCIA DE PROYECCION: 2.4-8 M, PROYECCION DE MAGNIFICACION: 30X.....VER ESPECIFICACIONES TECNICAS Marca: HUVITZ Origen: KOREA Vencimiento: N Casa representada: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. CSSP: N/A				
				QUERATOMETRO				
				-----				
				DESIERTO				





**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)**  
**Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014**

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"**

**Resolución de Adjudicación No. 01/2015**

9		RETINOSCOPIO	C/U		
		-----			
		NO ADJUDICADO			
10		PRISMAS SUELTOS, SET DE 22	C/U		
		-----			
		DESIERTO			
11		TONOMETRO DE PERKINS	C/U		
		-----			
		DESIERTO			
12	2 - 1	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.	60405175	C/U	4.00 \$621.5000 \$2,486
			TRANSILUMINADOR		
			-----		
			Transiluminador para la transiluminacion diascleral, completo, lámpara XHL Xenón Halógena, Difragma con filtro azules		
			Certificado o autorizado por FDA, CE o JIS (presentar documentación de respaldo) Fabricado bajo norma ISO 13485 1 batería recargable 1 estuche 1 mango recargable para toma de Red 1 Filtro azul Se entregara en buen estado, a entera		
			satisfacción del Administrador de contrato Con la oferta: Catalogo con especificaciones técnicas.		
			Garantía contra desperfectos de un año		
			Marca: HEINE Modelo: FINOFF Origen: ALEMANIA Marca: HEINE Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A Casa representada: HEINE CSSP: N/A		

**Monto Total Adjudicado: \$112,894.55**



Ministerio de Salud  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)  
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

0000721

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA PARA LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM"

Resolución de Adjudicación No. 01/2015

Resumen de Resolución de Adjudicación  
Licitación Abierta DR-CAFTA LA 32/2014

Oferta	Empresa	Monto adjudicación
2	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V. Renglones adjudicados: 3, 6, 2, 12	\$27,894.55
1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V. Renglones adjudicados: 1, 4, 7	\$85,000.00
<b>Monto Total Adjudicado:</b>		<b>\$112,894.55</b>


NOTIFÍQUESE

- ELABORAR EL RESPECTIVO CONTRATO, UNA VEZ ESTA RESOLUCIÓN ESTE EN FIRME
- CON RELACIÓN A LOS ÍTEM QUE NO FUERON ADJUDICADOS INICIESE CON UN NUEVO PROCESO DE COMPRA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LACAP.

DRA. VIOLETA MENJIVAR  
MINISTRA DE SALUD



Este documento esta firmado por

	<b>Firmante</b>	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	<b>Fecha/Hora</b>	Mon Feb 02 11:23:06 CST 2015
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	<b>Numero de Serie</b>	15851056948735932808
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	