

<b>ALERTA DE CALIDAD DE INSUMOS MEDICOS</b>	
<b>N° Alerta:</b> 02-2011	<b>Fecha:</b> 04 de noviembre de 2011
<b>Nombre del Insumo Medico:</b> GABACHA HOSPITALARIA TALLA M, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	
<b>Nombre Comercial :</b> BATA QUIRURGICA DESECHABLE	
<b>Presentación:</b> Caja x 50	
<b>Nombre del Fabricante:</b> H.B.M. CO, USA, INC./ HEALTH, CHINA	
<b>N° de lote:</b> H003079	
<b>N° de Registro:</b> No aplica	
<b>Fecha de Fabricación :</b> 05/2010	
<b>Fecha de Expiración:</b> 04/2014	
<b>Distribuidor/Suministrante:</b> HEALTHCARE, S.A DE C.V	
<b>Clasificación del defecto:</b> Clase I	
<b>Descripción de la falla de calidad:</b> No apto para el uso humano, no cumple la prueba de esterilidad	
<b>Medidas adoptadas/ Observaciones:</b> El defecto de calidad clase I es el que está relacionado al incumplimiento de los parámetros físicos y Microbiológicos.	
<i>Cualquier consulta relacionada comuníquese a la Dirección de Medicamentos y Productos Sanitarios al Teléfono (503) 2202-7287, Telefax: (503) 2222-0714</i>	