

ALERTA DE CALIDAD DE INSUMOS MEDICOS	
Alerta N°: 03-2011	Fecha: 16 de noviembre de 2011
Nombre del Insumo Medico: HIPOCLORITO DE SODIO 6%, GALON	
Nombre Comercial : LEJIA CONCENTRADA ROSA BLANCA	
Presentación: GALON, Caja x 4	
Nombre del Fabricante: QUIMYCO, EL SALVADOR	
N° de lote: 012011-A	
N° de Registro: No aplica	
Fecha de Fabricación : Sin Fecha de Fabricación	
Fecha de Expiración: 05-2013	
Distribuidor/Suministrante: DIPROMEQUI, S.A DE C.V	
Clasificación del defecto: Clase I	
Descripción de la falla de calidad: No apto para su uso, el análisis realizado por el Laboratorio control de Calidad del MINSAL, da como resultado baja potencia	
Medidas adoptadas/ Observaciones: El defecto de calidad clase I corresponde a resultados fuera de especificación y está relacionado al incumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y Microbiológicos establecidos para el producto en la Farmacopea Oficial de Referencia.	
<i>Cualquier consulta relacionada comuníquese a la Dirección de Medicamentos y Productos Sanitarios al Teléfono (503) 2202-7287, Telefax: (503) 2222-0714</i>	