

Resolución de Adjudicación No. 01/2020 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día veintidós de enero de dos mil veinte.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las "Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" GN 2349-9, se promovió el Proceso de Licitación Pública Nacional PRIDESII-113-LPN-B-MINSAL denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA ECOS, SAN PEDRO-MASAHUAT Y PUERTO DE LA LIBERTAD ", fondos del Contrato de préstamo No. 3608/OC-ES, Programa Integrado de Salud II.
- II. Señalándose el día catorce de noviembre de dos mil diecinueve hasta las diez horas, para la recepción de ofertas, habiéndose recibido nueve: 1) CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.; 2) DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V.; 3) MIGUEL ÁNGEL LANDAVERDE (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR); 4) JORMAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; 5) EQUIMSA, S.A. DE C.V.; 6) HOSPITALAR, S.A. DE C.V.; 7) S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.; 8) INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; y 9) ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. lo cual consta en el Acta de Recepción de Ofertas y que forma parte del expediente respectivo.
- III. Según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas N° ACP-UGP-013/2019, de fecha once de octubre de dos mil diecinueve la Titular del MINSAL nombró a la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada por: 1) Tec. Walter Rafael Tamayo Jacinto, Biomédico de Región de Salud Paracentral, (Delegado Especialista/Unidad Solicitante); 2) Dr. Silvio Armando Portillo Sorto, Colaborador Técnico Especialista de la Región Metropolitana, (Delegado Especialista/Unidad Solicitante); 3) Licda. Ana Beatriz Sánchez Zimmerman, Nutricionista Regional de la Región Metropolitana, (Delegado Especialista/Unidad Solicitante); 4) Ing. José Jorge Chopin Pérez, Colaborador Técnico V de la Unidad de Gestión de Equipamiento Biomédico, (Delegado Especialista/Unidad Solicitante); 5) Lic. Nelson Manuel Cubías Carranza, Colaborador Técnico Administrativo UFI, (Analista Financiero) y 6) Fabiola Lucrecia Morán de Martínez, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones de la ACP/UGP (responsable del Proceso)
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Licitación Pública Nacional y en la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron el informe de recomendación para la Adjudicación del contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera:
 - a) **ADJUDICAR:**
 - Los ítems 16 y 23 al licitante **CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto máximo de **CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$48,170.00)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
16	60302551	NEBULIZADOR, UNA SALIDA	OLIDEF MEDICAL MODELO: C-71 PLUS	BRASIL	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	c/u	1	US\$2,000.00	US\$2,000.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
23	60303402	INCUBADORA DE TRANSPORTE	OLIDEF MEDICAL MODELO: RWT-PLUS	BRASIL	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	c/u	2	US\$23,085.00	US\$46,170.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA Y SERVICIOS CONEXOS									US\$48,170.00	

- Los ítems 5, 6 y 12 al licitante **JORMAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto máximo de **SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 87/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$7,995.87)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
5	60302300	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	WELCH ALLYN MODELO 5079-135	USA / MÉXICO	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	32	US\$119.35	US\$3,819.20	2020-3200-3-08-01-22-3-54113
6	60302325	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO DOBLE CAMPANA	WELCH ALLYN MODELO 5079-145	USA / MÉXICO	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	22	US\$121.45	US\$2,671.90	2020-3200-3-08-01-22-3-54113
12	60302880	TENSÍOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL	WELCH ALLYN MODELO 7670-10	USA / MÉXICO	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	3	US\$501.59	US\$1,504.77	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA									US\$7,995.87	

- El ítem 14 al licitante **EQUIMSA, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto máximo de **OCHO MIL CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$8,170.00)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dicho ítem y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
14	60302225	ELECTROCAUTERIO	BOWA MODELO ARC-100	ALEMANIA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	2	US\$4,085.00	US\$8,170.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA									US\$8,170.00	

- Los ítems 3 y 17 al licitante **S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto máximo de **SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$7,730.00)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
3	60302178	DOPPLER FETAL PORTATIL	EDAN MODELO: SD3 PRO	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	15	US\$410.00	US\$6,150.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
17	60302185	BÁSCULA DE CALZON CON CARATULA TIPO RELOJ	DETECTO MODELO: HS25KGP	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	20	US\$79.00	US\$1,580.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA									US\$7,730.00	

- Los ítems 2, 7, 8, 18 y 19 al licitante **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto máximo de **OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 01/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$8,336.01)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
2	60302100	BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO	OXGASA / SECA MODELO MP-DG	ALEMANIA / REPUBLICA POPULAR DE CHINA/ EL SALVADOR	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	3	US\$823.94	US\$2,471.82	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
7	60302400	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	DRIVE MODELO 13408MB	USA / REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	9	US\$134.19	US\$1,207.71	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
8	60302525	MESA GINECOLOGICA	OXGASA MODELO MG-01-OX	EL SALVADOR	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	4	US\$494.02	US\$1,976.08	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
18	60302110	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	SECA MODELO 803	ALEMANIA / REPUBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	10	US\$92.55	US\$925.50	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
19	80513310	TALLIMETRO PLEGABLE PORTATIL	SECA MODELO 213	ALEMANIA / REPUBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	10	US\$175.49	US\$1,754.90	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA									US\$8,336.01	

- El ítem 22 al licitante ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de **QUINCE MIL 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$15,000.00)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dicho ítem y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
22	60303260	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL	MINDRAY MODELO: Z5	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	1	US\$15,000.00	US\$15,000.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA Y SERVICIOS CONEXOS									US\$15,000.00	

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Proyecto 6300, como sigue:

Categoría de Inversión	Subcategoría	Unidad Solicitante	Cifrado presupuestarios	Monto
1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria	1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención	Dirección Nacional Primer Nivel de Atención	2020-3200-3-08-01-22-3-61103 2020-3200-3-08-01-22-3-54113 *Según lo detallado en los cuadros que anteceden	US\$95,401.88

- b) **DECLARAR DESIERTO** los ítems que se detallan a continuación, debido a que ninguna oferta cumple sustancialmente con lo requerido en el Documento de Licitación:

No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO
1	60302075	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO
4	60403140	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE MESA
9	60302860	SET DE DIAGNÓSTICO
10	60302870	TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO CON BRAZALETES
11	60302875	TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES
13	12100180	TERMOMETRO ELECTRONICO AURICULAR, GRADOS CENTIGRADOS, REUSABLE
20	60302500	MARTILLO DE REFLEJOS
21	60302375	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN
24	60302200	ELECTROCARDIÓGRAFO DE TRES CANALES

Asimismo, declarar desierto el ítem 15, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, MÓVIL, por no haberse recibido oferta alguna para dicho ítem.

- c) **RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.48 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-9 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, las siguientes ofertas:
- La oferta presentada por CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V., para los ítems 3, 8 y 14, por las siguientes razones:
 - Para el ítem 3 Doppler fetal portátil, la oferta presenta desviaciones con respecto a las especificaciones técnicas requeridas, ofertan Rango de medición de 60 a 210 latidos por minutos, habiéndose requerido de 50 a 210 latidos por minuto.
 - Para el ítem 8. Mesa Ginecológica, por no ser la oferta evaluada más baja.
 - Para el ítem 14 Electrocauterio, debido a que no presenta contratos de bienes similares que demuestre el cumplimiento del criterio de poscalificación 2.1, que sumen el monto de US\$5,000.00, requerido para dicho ítem.

- La oferta presentada por DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V., por presentar desviaciones con respecto a las especificaciones técnicas requeridas, siendo estas las siguientes:
 - Ítem 3 Doppler fetal portátil, el equipo ofertado no posee grabador de audio.
 - Ítem 22 Equipo de Ultrasonografía Portátil, el personal propuesto dentro de su departamento de servicio técnico biomédico, no está capacitado por el fabricante, tal como se requería en el documento de licitación.

- La oferta presentada por MIGUEL ÁNGEL LANDAVERDE (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR), por los siguientes motivos:
 - Ítem 4 Esterilizador Eléctrico a Vapor de Mesa, presenta únicamente dos cartas de recomendación, habiéndose requerido 3, por tanto, no cumple con el criterio de evaluación 7.2.
 - Ítem 14 Electrocauterio, ofertan Potencia Monopolar: de 30W y Potencia Bipolar: de 30W, habiéndose requerido un Rango de Potencia de salida: Monopolar: máxima 40W \pm 2 Watts y Bipolar: máxima 40W \pm 2 Watts. Asimismo, no presenta documentos que demuestren el cumplimiento de los estándares y normativas requeridas: Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 (Presentar certificado vigente) y Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente.

- La oferta presentada por JORMAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para los ítems 7, 9, 10, 11, 21 y 24, por las siguientes razones:
 - Ítem 7 Lámpara para examen tipo Cuello de Ganso, la lámpara ofertada no es de bombillo de luz blanca tipo LED con rosca.
 - Ítem 9, Set de Diagnóstico, oferta espéculos reusables y no detalla medidas, habiéndose requerido *Espéculos descartables: tamaños de 2.5, 3, 4, y 5 mm (según marca y modelo ofertado) en una cantidad de 25 para cada uno de los números solicitados de espéculos.*
 - Ítem 10 Tensiómetro Aneroide Adulto con Brazaletes, no ofrece capacidad para calibrar a cero, para mantenimiento posterior al vencimiento del certificado de calibración.
 - Ítem 11 Tensiómetro Aneroide Pediátrico de Tres Brazaletes, no ofrece capacidad para calibrar a cero, para mantenimiento posterior al vencimiento del certificado de calibración.
 - Ítem 21 Lámpara de Mano para Examen, oferta lámpara halógena, habiéndose requerido lámpara tipo LED.
 - Ítem 24 Electrocardiógrafo de tres canales, no presenta las cartas de recomendación solicitadas el criterio de evaluación 7.2.

- La oferta presentada por EQUIMSA, S.A. DE C.V., por las siguientes razones:
 - Ítem 23 Incubadora de Transporte, debido a que una de las cartas de recomendaciones presentadas en cumplimiento al Criterio de Evaluación 7.2, no es de equipo médico similar al requerido y la otra carta, remitida mediante subsanación, estaba incluida originalmente en la oferta, por tanto no cumple con las tres cartas requeridas.

- La oferta presentada por HOSPITALAR, S.A. DE C.V., para el ítem 22 se rechaza, ya que no presenta el Formulario de Precio y Cronograma de cumplimiento de Servicios Conexos.

- La oferta presentada por S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., para los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 y 22, por lo siguiente:
 - Ítem 1 Báscula de Adulto con Tallímetro, oferta capacidad de medir pesos de 182 kg y se solicita de al menos hasta 220 kg.
 - Ítem 2 Báscula para recién nacido y lactante con infantómetro, cumple lo requerido, sin embargo, no es la oferta de menor precio.
 - Ítem 4 Esterilizador Eléctrico a Vapor de Mesa, no presenta el Formulario de Precio y Cronograma de cumplimiento de Servicios Conexos. Asimismo, los bienes ofertados para dicho ítem, son provenientes de un país no elegible.
 - Para los ítems 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 y 21, la empresa S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., no presenta la Carta de Autorización del Fabricante.
 - De igual forma no presenta la Documentación de respaldo sobre cumplimiento de estándares y normativas, requerida para los ítems 7, 10, 11, 12 y 13.
 - Ítem 8 Mesa Ginecológica, cumple lo requerido, sin embargo, no es la oferta de menor precio.
 - Ítem 18 Báscula de piso estándar, oferta un peso de 8 kg, habiéndose requerido un peso no mayor a 5 Kg.
 - Ítem 19 Tallímetro plegable portátil, oferta un peso de 5 kg, habiéndose requerido un peso no mayor a 3 Kg.
 - Ítem 22 Equipo de Ultrasonografía Portátil, por no presentar el Formulario de Precio y Cronograma de cumplimiento de Servicios Conexos.

- La oferta presentada por INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para los ítems 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 23 y 24, por las siguientes razones:
 - Ítem 1 Báscula de Adulto con Tallímetro, oferta capacidad de medir pesos de 180 kg y se solicita de al menos hasta 220 kg
 - Ítem 3 Doppler fetal portátil, el equipo ofertado no posee apagado automático cuando el equipo no está en uso y no posee grabador de audio, no presenta documentos que comprueben el cumplimiento de los estándares y normativas solicitados. El Manual de operación ofertado es en inglés, habiéndose requerido en castellano.
 - Ítem 17 Báscula de calzón con caratula tipo reloj, cumple lo requerido, sin embargo, no es la oferta evaluada de menor precio.
 - Para los ítems 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 16, por no cumplir con el país de origen , ya que ofertan bienes provenientes de Taiwán, siendo este un país no elegible para el BID.
 - Ítem 22 Equipo de Ultrasonografía Portátil, no presenta la Carta de Autorización del fabricante SAMSUNG y no presenta las tres cartas de recomendación requeridas para dicho ítem, en el Criterio de Evaluación 7.2.
 - Para los ítems 23 y 24, no presenta las tres cartas de recomendación requeridas para dichos ítems, en el Criterio de Evaluación 7.2.

- La oferta presentada por ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., para los ítems 4 y 14 por los siguientes motivos:
 - Ítem 4 Esterilizador Eléctrico a Vapor de Mesa, no cumplen con los estándares de calidad requeridos.

- Ítem 14 Electrocauterio, oferta 2 set de 10 electrodos monopolares reutilizable, habiéndose requerido 2 Set, cada uno de 50 electrodos monopolares descartables (rectos, angulados y de bola).

V. En el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.

VI. Estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-9, y conforme a lo establecido en la Sección I, Literal F. "Adjudicación del Contrato" del documento de Licitación Pública Nacional:

RESUELVE:

a) ADJUDICAR:

- Los ítems 16 y 23 al licitante **CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto máximo de **CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$48,170.00)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
16	60302551	NEBULIZADOR, UNA SALIDA	OLIDEF MEDICAL MODELO: C-71 PLUS	BRASIL	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	c/u	1	US\$2,000.00	US\$2,000.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
23	60303402	INCUBADORA DE TRANSPORTE	OLIDEF MEDICAL MODELO: RWT-PLUS	BRASIL	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	c/u	2	US\$23,085.00	US\$46,170.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA Y SERVICIOS CONEXOS									US\$48,170.00	



MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

Los servicios conexos incluidos en estos ítems, se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
Para ítem 16. NEBULIZADOR, UNA SALIDA: Mantenimiento preventivo semestral durante el período de vigencia de la garantía (dos años), incluyendo los materiales gastables, consumibles y repuestos de uso frecuente sugeridos para cada rutina de mantenimiento por el fabricante.	4	c/u	UCSF I San Pedro Masahuat, en el Municipio de San Pedro Masahuat	Al finalizar los dos años de vigencia de la garantía
Para ítem 23. INCUBADORA DE TRANSPORTE: Mantenimiento preventivo semestral durante el período de vigencia de la garantía (tres años), incluyendo los materiales gastables, consumibles y repuestos de uso frecuente sugeridos para cada rutina de mantenimiento por el fabricante.	6	c/u	UCSF Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad	Al finalizar los tres años de vigencia de la garantía

- Los ítems 5, 6 y 12 al licitante **JORMAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto máximo de **SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 87/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$7,995.87)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
5	60302300	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	WELCH ALLYN MODELO 5079-135	USA / MÉXICO	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	32	US\$119.35	US\$3,819.20	2020-3200-3-08-01-22-3-54113
6	60302325	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO DOBLE CAMPANA	WELCH ALLYN MODELO 5079-145	USA / MÉXICO	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	22	US\$121.45	US\$2,671.90	2020-3200-3-08-01-22-3-54113
12	60302880	TENSIÓMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL	WELCH ALLYN MODELO 7670-10	USA / MÉXICO	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	3	US\$501.59	US\$1,504.77	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA									US\$7,995.87	

- El ítem 14 al licitante **EQUIMSA, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto máximo de **OCHO MIL CIENTO SETENTA 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$8,170.00)** con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dicho ítem y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
14	60302225	ELECTROCAUTERIO	BOWA MODELO ARC-100	ALEMANIA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	2	US\$4,085.00	US\$8,170.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA									US\$8,170.00	

- Los ítems 3 y 17 al licitante S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$7,730.00) con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
3	60302178	DOPPLER FETAL PORTATIL	EDAN MODELO: SD3 PRO	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	15	US\$410.00	US\$6,150.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
17	60302185	BÁSCULA DE CALZON CON CARATULA TIPO RELOJ	DETECTO MODELO: HS25KGP	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	20	US\$79.00	US\$1,580.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA									US\$7,730.00	

- Los ítems 2, 7, 8, 18 y 19 al licitante INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 01/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$8,336.01) con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dichos ítems y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
2	60302100	BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO	OXGASA /SECA MODELO MP-DG	ALEMANIA / REPUBLICA POPULAR DE CHINA/ EL SALVADOR	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	3	US\$823.94	US\$2,471.82	2020-3200-3-08-01-22-3-61103



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
7	60302400	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	DRIVE MODELO 13408MB	USA / REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	9	US\$134.19	US\$1,207.71	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
8	60302525	MESA GINECOLOGICA	OXGASA MODELO MG-01-OX	EL SALVADOR	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	4	US\$494.02	US\$1,976.08	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
18	60302110	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	SECA MODELO 803	ALEMANIA / REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	10	US\$92.55	US\$925.50	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
19	80513310	TALLÍMETRO PLEGABLE PORTATIL	SECA MODELO 213	ALEMANIA / REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	10	US\$175.49	US\$1,754.90	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA									US\$8,336.01	

- El ítem 22 al licitante ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., hasta por un monto máximo de QUINCE MIL 00/100 DÓLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$15,000.00) con impuestos incluidos; debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Licitación para dicho ítem y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ÍTEM	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	PLAZO DE ENTREGA	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA	MONTO TOTAL	CIFRADO PRESUPUESTARIO
22	60303260	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL	MINDRAY MODELO: Z5	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	90 días calendario después de la Distribución del Contrato	C/U	1	US\$15,000.00	US\$15,000.00	2020-3200-3-08-01-22-3-61103
MONTO TOTAL INCLUYE IVA Y SERVICIOS CONEXOS									US\$15,000.00	

Los servicios conexos incluidos para este ítem se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
Para ítem 22, EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL: Mantenimiento preventivo semestral durante el período de vigencia de la garantía (tres años), incluyendo los materiales gastables, consumibles y repuestos de uso frecuente sugeridos para cada rutina de mantenimiento por el fabricante.	6	c/u	UCSF Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad	Al finalizar los tres años de vigencia de la garantía

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Proyecto 6300, como sigue:

Categoría de Inversión	Subcategoría	Unidad Solicitante	Cifrado presupuestarios	Monto
1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria	1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención	Dirección Nacional Primer Nivel de Atención	2020-3200-3-08-01-22-3-61103 2020-3200-3-08-01-22-3-54113 *Según lo detallado en los cuadros que anteceden	US\$95,401.88

- b) **LUGAR DE ENTREGA:** Los bienes serán entregados en el almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, final 6ª. Calle oriente N°1105. Para los ítems 2, 14, 22 y 23, deberán instalarse en los establecimientos descritos a continuación:

Ítem	Descripción de los Bienes o servicios	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL
2	BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO	3	C/U	El suministrante deberá entregar el equipo en el Almacén El Paraíso, Final 6ta. Calle Oriente, No.1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador y posteriormente instalarlas y calibrarlas en la UCSFB Achiotal, en el Municipio de San Pedro Masahuat donde deberá quedar instaladas y funcionando.
14	ELECTROCAUTERIO	2	C/U	El suministrante deberá entregar el equipo en el Almacén El Paraíso, Final 6ta. Calle Oriente, No.1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador y posteriormente instalarlo en la UCSF Isletas, en el Municipio de San Pedro Masahuat, donde deberá quedar instalado y funcionando.
22	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL	1	C/U	El suministrante deberá entregar el equipo en el Almacén El Paraíso, Final 6ta. Calle Oriente, No.1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador y posteriormente instalarlo en la UCSF Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad, donde deberá quedar instalado y funcionando.
23	INCUBADORA DE TRANSPORTE	2	C/U	El suministrante deberá entregar el equipo en el Almacén El Paraíso, Final 6ta. Calle Oriente, No.1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador y posteriormente instalar, los dos equipos en la UCSF Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad, donde deberá quedar instalado y funcionando.

- c) **DECLARAR DESIERTO** los ítems que se detallan a continuación, debido a que ninguna oferta cumple sustancialmente con lo requerido en el Documento de Licitación:

No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO
1	60302075	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO
4	60403140	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE MESA
9	60302860	SET DE DIAGNÓSTICO
10	60302870	TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO CON BRAZALETES
11	60302875	TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

No.	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO
13	12100180	TERMOMETRO ELECTRONICO AURICULAR, GRADOS CENTIGRADOS, REUSABLE
20	60302500	MARTILLO DE REFLEJOS
21	60302375	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN
24	60302200	ELECTROCARDÍOGRAFO DE TRES CANALES

Asimismo, declarar desierto el ítem 15, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, MÓVIL, por no haberse recibido oferta alguna para dicho ítem.

- d) **RECHAZAR** de conformidad al numeral 2.48 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-9 y a lo establecido en el Documento de Licitación, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, las siguientes ofertas:
- La oferta presentada por CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V., para los ítems 3, 8 y 14, por las siguientes razones:
 - Para el ítem 3 Doppler fetal portátil, la oferta presenta desviaciones con respecto a las especificaciones técnicas requeridas, ofertan Rango de medición de 60 a 210 latidos por minutos, habiéndose requerido de 50 a 210 latidos por minuto.
 - Para el ítem 8. Mesa Ginecológica, por no ser la oferta evaluada más baja.
 - Para el ítem 14 Electrocauterio, debido a que no presenta contratos de bienes similares que demuestre el cumplimiento del criterio de poscalificación 2.1, que sumen el monto de US\$5,000.00, requerido para dicho ítem.
 - La oferta presentada por DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V., por presentar desviaciones con respecto a las especificaciones técnicas requeridas, siendo estas las siguientes:
 - Ítem 3 Doppler fetal portátil, el equipo ofertado no posee grabador de audio.
 - Ítem 22 Equipo de Ultrasonografía Portátil, el personal propuesto dentro de su departamento de servicio técnico biomédico, no está capacitado por el fabricante, tal como se requería en el documento de licitación.
 - La oferta presentada por MIGUEL ÁNGEL LANDAVERDE (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR), por los siguientes motivos:
 - Ítem 4 Esterilizador Eléctrico a Vapor de Mesa, presenta únicamente dos cartas de recomendación, habiéndose requerido 3, por tanto, no cumple con el criterio de evaluación 7.2.
 - Ítem 14 Electrocauterio, ofertan Potencia Monopolar: de 30W y Potencia Bipolar: de 30W, habiéndose requerido un Rango de Potencia de salida: Monopolar: máxima 40W \pm 2 Watts y Bipolar: máxima 40W \pm 2 Watts. Asimismo, no presenta documentos que demuestren el cumplimiento de los estándares y normativas requeridas: Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados ISO 13485 (Presentar certificado vigente) y Norma de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente.
 - La oferta presentada por JORMAR EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para los ítems 7, 9, 10, 11, 21 y 24, por las siguientes razones:
 - Ítem 7 Lámpara para examen tipo Cuello de Ganso, la lámpara ofertada no es de bombillo de luz blanca tipo



GOBIERNO DE
EL SALVADOR.

MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

LED con rosca.

- Ítem 9, Set de Diagnóstico, oferta espéculos reusables y no detalla medidas, habiéndose requerido *Espéculos descartables: tamaños de 2.5, 3, 4, y 5 mm (según marca y modelo ofertado) en una cantidad de 25 para cada uno de los números solicitados de espéculos.*
 - Ítem 10 Tensiómetro Aneroide Adulto con Brazaletes, no ofrece capacidad para calibrar a cero, para mantenimiento posterior al vencimiento del certificado de calibración.
 - Ítem 11 Tensiómetro Aneroide Pediátrico de Tres Brazaletes, no ofrece capacidad para calibrar a cero, para mantenimiento posterior al vencimiento del certificado de calibración.
 - Ítem 21 Lámpara de Mano para Examen, oferta lámpara halógena, habiéndose requerido lámpara tipo LED.
 - Ítem 24 Electrocardiógrafo de tres canales, no presenta las cartas de recomendación solicitadas el criterio de evaluación 7.2.
- La oferta presentada por EQUIMSA, S.A. DE C.V., por las siguientes razones:
 - Ítem 23 Incubadora de Transporte, debido a que una de las cartas de recomendaciones presentadas en cumplimiento al Criterio de Evaluación 7.2, no es de equipo médico similar al requerido y la otra carta, remitida mediante subsanación, estaba incluida originalmente en la oferta, por tanto no cumple con las tres cartas requeridas.
 - La oferta presentada por HOSPITALAR, S.A. DE C.V., para el ítem 22, se rechaza ya que no presenta el Formulario de Precio y Cronograma de cumplimiento de Servicios Conexos.
 - La oferta presentada por S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., para los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 y 22, por lo siguiente:
 - Ítem 1 Báscula de Adulto con Tallímetro, oferta capacidad de medir pesos de 182 kg y se solicita de al menos hasta 220 kg.
 - Ítem 2 Báscula para recién nacido y lactante con infantómetro, cumple lo requerido, sin embargo, no es la oferta de menor precio.
 - Ítem 4 Esterilizador Eléctrico a Vapor de Mesa, no presenta el Formulario de Precio y Cronograma de cumplimiento de Servicios Conexos. Asimismo, los bienes ofertados para dicho ítem, son provenientes de un país no elegible.
 - Para los ítems 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 y 21, la empresa S.T. MEDIC, S.A. DE C.V., no presenta la Carta de Autorización del Fabricante.
 - De igual forma no presenta la Documentación de respaldo sobre cumplimiento de estándares y normativas, requerida para los ítems 7, 10, 11, 12 y 13.
 - Ítem 8 Mesa Ginecológica, cumple lo requerido, sin embargo, no es la oferta de menor precio.
 - Ítem 18 Báscula de piso estándar, oferta un peso de 8 kg, habiéndose requerido un peso no mayor a 5 Kg.
 - Ítem 19 Tallímetro plegable portátil, oferta un peso de 5 kg, habiéndose requerido un peso no mayor a 3 Kg.
 - Ítem 22 Equipo de Ultrasonografía Portátil, por no presentar el Formulario de Precio y Cronograma de cumplimiento de Servicios Conexos.



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD-II
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3608/OC-ES

- La oferta presentada por INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para los ítems 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 23 y 24, por las siguientes razones:
 - Ítem 1 Báscula de Adulto con Tallímetro, oferta capacidad de medir pesos de 180 kg y se solicita de al menos hasta 220 kg
 - Ítem 3 Doppler fetal portátil, el equipo ofertado no posee apagado automático cuando el equipo no está en uso y no posee grabador de audio, no presenta documentos que comprueben el cumplimiento de los estándares y normativas solicitados. El Manual de operación ofertado es en inglés, habiéndose requerido en castellano.
 - Ítem 17 Báscula de calzón con caratula tipo reloj, cumple lo requerido, sin embargo, no es la oferta evaluada de menor precio.
 - Para los ítems 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 16, por no cumplir con el país de origen, ya que ofertan bienes provenientes de Taiwán, siendo este un país no elegible para el BID.
 - Ítem 22 Equipo de Ultrasonografía Portátil, no presenta la Carta de Autorización del fabricante SAMSUNG y no presenta las tres cartas de recomendación requeridas para dicho ítem, en el Criterio de Evaluación 7.2.
 - Para los ítems 23 y 24, no presenta las tres cartas de recomendación requeridas para dichos ítems, en el Criterio de Evaluación 7.2.

- La oferta presentada por ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., para los ítems 4 y 14 por los siguientes motivos:
 - Ítem 4 Esterilizador Eléctrico a Vapor de Mesa, no cumplen con los estándares de calidad requeridos.
 - Ítem 14 Electrocauterio, oferta 2 set de 10 electrodos monopolares reutilizable, habiéndose requerido 2 Set, cada uno de 50 electrodos monopolares descartables (rectos, angulados y de bola)

e) Elaborar los respectivos contratos, una vez esta resolución esté en firme.

NOTIFIQUESE:

DR. CARLOS GABRIEL ALVARENGA CARDOZA
VICEMINISTRO DE SALUD, AD-HONOREM
ENCARGADO DEL DESPACHO, AD-HONOREM

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Thu Jan 30 06:45:00 CST 2020
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	