



ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 30 OCT 2017



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 130/2017

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas del día veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial versión (enero 2011), se promovió el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **FSSPSV-435-LPN-B** denominada “**INSUMOS PARA CATETERISMOS CARDIACOS Y MARCAPASOS**”; con fuente de financiamiento Banco Mundial con el Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV; en el cual se licita lo siguiente:

LOTE No. 1: INSUMOS PARA CATETERISMOS CARDIACOS
LOTE No. 2: MARCAPASOS

- II. Que el aviso de convocatoria a participar en el Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **FSSPSV-435-LPN-B** denominada “**INSUMOS PARA CATETERISMOS CARDIACOS Y MARCAPASOS**” fue publicado el día veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, en el Sitio electrónico de compras públicas-COMPRASAL, Prensa Escrita (La Prensa Gráfica) y en la página web del MINSAL.
- III. Señalándose el día veinte de septiembre de dos mil diecisiete, para la Recepción y Apertura de ofertas y mediante Enmienda No. 1 de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se prorrogó el plazo de la recepción y apertura de ofertas para el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, habiéndose recibido TRES (3) ofertas, siendo **1. AB CORPORACION, S.A. DE C.V., 2. PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Y 3. CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.**; lo cual se hace constar en el cuadro de Recepción y Apertura de ofertas, que forma parte del expediente de contratación.
- IV. Que según nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas No. 68/2017, de fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, se nombró a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, para el proceso de Licitación Pública Nacional **FSSPSV-435-LPN-B** denominada “**INSUMOS PARA CATETERISMOS CARDIACOS Y MARCAPASOS**”, de conformidad a lo establecido en el Convenio de Préstamo No. 8076-SV y el Manual de Operaciones.
- V. Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas emitieron Informe sobre la Evaluación de las Ofertas y Recomendaciones para la adjudicación del contrato atendiendo las disposiciones establecidas en el Documento de Licitación numerales 3.9 Análisis y Evaluación de las Ofertas y 3.10 Adjudicación del Contrato y Normas de adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y Donaciones por prestatarios del Banco Mundial (enero 2011), y recomendó la Adjudicación del **LOTE 1** al Licitante **AB CORPORACION, S.A. DE C.V.** y **LOTE 2** al Licitante **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.**, cuyas ofertas se ajustan a las condiciones y requisitos de los Documentos de Licitación.

Rechazar la oferta de la empresa **PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el documento de Licitación y Enmienda No. 1.
- VI. Que en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica con Revisión Posterior; por cuanto no es indispensable enviar a No Objeción del Banco Mundial el referido proceso.

VII. Que estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 2.59 *Adjudicación del Contrato* de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial (enero 2011).

RESUELVE:

Adjudicar el proceso de Licitación Pública Nacional No. **FSSPSV-435-LPN-B** denominada “**INSUMOS PARA CATETERISMOS CARDIACOS Y MARCAPASOS**” de la siguiente forma:

- 1) LOTE 1 al Licitante **AB CORPORACION, S.A. DE C.V.** por un monto de **CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$118,300.00) IVA INCLUIDO**, por cumplir con todos los documentos legales, capacidad financiera, Experiencia y Capacidad Técnica solicitados en el documento de licitación; según detalle siguiente:

LOTE No.	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
I	63005155	<p>Item 1: ENDOPRÓTESIS VASCULAR EXPANDIBLE CORONARIOS (STENT) NO MEDICADO Marca: MEDTRONIC Modelo: INTEGRITY País de Origen: IRLANDA DESCRIPCIÓN: PROTESIS INTRACORONARIA SINUSOIDAL DE ALEACIÓN CROMO COBALTO. MONTADA SOBRE CATÉTER BALÓN SEMICOMPLACIENTE. DE INTERCAMBIO RAPIDO CON DOS MARCAS RADIOPACAS. MEDIDAS DISPONIBLES: DIAMETROS (MM): 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 LONGITUDES (MM): 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30 ESPECIFICACIONES: Características: INTEGRITY RESOLUTE Materia: Aleación sinusoidal cromo-cobalto Polímero: Biolinx liberación prolongada por 180 días. Fármaco: Zotarolimus Tipo de Stent: Sinusoidal Modular Largo de los elementos: 1.0 mm – 1.2 mm Área superficie: 77.8 mm² Coronas : 9.5 MVI / 7.5 MVI Longitud del strut : 1.2 mm² Dimensiones del strut: 0.0036" (0.091 mm) Contenido de droga : 180 microgramos Densidad de droga : 1.6 microgramos/mm² Recogimiento elástico: Menor a 5% Perfil de Cruce: 0.038" – 0.049" Perfil de Punta: 0.017" Fracción de acortamiento: Menor a 2.0 % Relación metal – arteria: 19 –13 % Material del balón: Fulcrum Presión nominal: 9 atm. Presión de ruptura: 15-16 atm. Diámetros del cuerpo proximal: 1.9 Fr Overhang del balón: 0.4 mm Retención del Stent al Balón: "Secure Technology" Marcador radiopaco: Banda de Oro Diámetro del cuerpo intermedio: 3.0 Fr Diámetro del cuerpo distal: 2.7 Fr Diámetros disponibles del stent: 2.25 - 2.5 - 2.75 - 3.0 – 3.5 – 4.0 mm Largos disponibles del stent: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm Longitud de catéter total: 140 cm Compatibilidad de Catéter Guía: 5 Fr</p>	138	\$ 290.00	\$40,020.00
	10605024	<p>Item 2: BALÓN PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, SEMI COMPLACIENTE DE INTERCAMBIO RAPIDO, DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Marca: MEDTRONIC Modelo: SPRINTER LEGEND País de Origen: IRLANDA/ ESTADOS UNIDOS/ MEXICO DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN SEMICOMPLACIENTE DE INTERCAMBIO RAPIDO. LONGITUD DE CATÉTER 138 CM CON PERFIL DE PUNTA DE 0.016", PERFIL DE CRUCE DE 0.020" – 0.024" (SEGÚN LONGITUD DE BALÓN). PRESIÓN DE RUPTURA DE 12 - 14 ATM. DOS MARCAS DE ORO RADIOPACAS. DIAMETROS: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 MM LONGITUDES: 10, 12, 15, 20 MM</p>	138	\$ 185.00	\$25,530.00

LOTE No.	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		<p>ESPECIFICACIONES: Largo de catéter: 142 cm Largo de la punta: 2.5 mm Perfil de punta: 0.016" Perfil de cruce: 0.020" - 0.024" Recubrimiento: Dura-track selectivo Material del balón: Fulcro Presión nominal: 1.25 mm 6 atm Todos los diámetros > 1.5mm: 8 atm Presión de ruptura: 1.5 mm 12 atm Todos los diámetros > 1.5mm: 14 atm MiniWrap 1.25mm 0 pliegues 1.5 mm 2 pliegues 2.0 mm - 3.75 mm 3 pliegues 4.0 mm 5 pliegues Diámetro máximo interno de cateter guía 1.4 mm (0.056"). El nuevo balón para angioplastia Sprinter Legend™ ofrece las últimas innovaciones en tecnología de estos dispositivos, incluida la nueva medida 1.25 Zerofold, dotado para hacer frente a las lesiones más difíciles en los procedimientos de angioplastia coronaria. 1.25 con balón Supercrosser tecnología Zerofold, disponible solo de Medtronic, excepcionalmente con un bajo perfil de 0.5mm (0.020") para mejorar el acceso de cruce de lesiones fuertemente ocluidas, con un eje reforzado que permite el fácil cruzamiento especialmente para lesiones distales, lo que confirma a Sprinter Legend™ como el balón de más alto rendimiento. Sprinter Legend™ contiene además la misma tecnología característica de los balones para angioplastia Medtronic</p>			
	10605083	<p>Item 3: CATÉTER GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON DIAMETRO EXTERNO DE 6 A 8 FRENCH, 100 A 110 CM DE LONGITUD, CON DIAMETRO INTERNO MAYOR A 0.070" TIPO JUDKING, AMPLATZ DERECHO O IZQUIERDO, PARA PUENTE VENOSO MULTIPROPÓSITO. Marca: MEDTRONIC Modelo: LAUNCHER País de Origen: ESTADOS UNIDOS DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CATÉTER GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON CUBIERTA INTERNA DE PTFE, EVITA FORMACIÓN DE TROMBOS Y ÉMBOLOS. ESTÁ FORMADO POR UNA LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE TRENZADO, PERMITE FLEXIBILIDAD DEL CUERPO DEL CATÉTER GUÍA Y PROPORCIONA MAYOR TORQUE, Y UNA CUBIERTA EXTERNA DE NYLON, PROPORCIONANDO RIGIDEZ PARA RÁPIDO AVANCE, EVITANDO EL ACODAMIENTO Y MEJORANDO LA RESPUESTA AL TORQUE. ESPECIFICACIONES: Largo de catéter 100 cm Diámetro interno 6f 0.071" 7f 0.081" Diámetro externo 6f 0.082" 7f 0.094" Curva primaria Flexible Curva secundaria Mayor soporte Punta blanda de PTFE Banda radio opaca ubicada a 3 mm de la punta</p>	138	\$ 75.00	\$10,350.00
	10605084	<p>Item 4: GUÍA FILAMENTO PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA 0.014 DE 180 A 190 CM DE LONGITUD, FLOOPY INTERMEDIAS, ESTÁNDAR Y EXTRASOPORTE CON PUNTA RECTA DE 2 A 3 CM, RADIOPACO. Marca: MEDTRONIC Modelo: ZINGERS País de Origen: ESTADOS UNIDOS/ REPUBLICA DOMINICANA DESCRIPCIÓN COMERCIAL: GUÍA FILAMENTO PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DIAMETRO: 0.014" LONGITUD: 180 CM PUNTA DISTAL RADIOPACA DE 2 CMS, TIPOS: -ZINGER LIGHT: FLOPPY -ZINGER MARKER: FLOPPY CON 3 CMS RADIOPACOS EN PUNTA DISTAL PARA MEJOR VISUALIZACION. -ZINGER MEDIUM: INTERMEDIA - SUPPORT: EXTRA SOPORTE ESPECIFICACIONES: -Cuando necesite manejabilidad y control de torque. -El alma de acero inoxidable provee excelente transmisión del torque para manejabilidad avanzada y control óptimo. -Disponibles en las versiones: Light, Medium y Support, ofreciendo diferentes niveles de soporte para una variedad de situaciones clínicas.</p>	138	\$ 75.00	\$10,350.00
	10605064	<p>Item 5: INSUFLADOR DE ANGIOPLASTIA DE 20-30 ATMOSFERAS Y KIT CON: LLAVE EN Y, INTRODUCIDOR DE GUÍA Y ROTOR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Marca: MEDTRONIC Modelo: EVEREST País de Origen: ESTADOS UNIDOS/ MEXICO DESCRIPCIÓN: INSUFLADOR PARA ANGIOPLASTIA. DISPOSITIVO PARA INFLADO, CON CAPACIDAD DE DAR CON EXACTITUD PRESIONES DE 0 A 30 ATM DE PRESION, CON VALVULA DE ALTA PRESION, EXTENSION Y LLAVE DE TRES VIAS. ESPECIFICACIONES: Para responder a sus necesidades clínicas, Medtronic ofrece EVEREST, el dispositivo de inflado a una presión de 20 atm o de 30 atm. Este dispositivo está disponible en presentación con extensión, llave de alta presión y válvula de tres</p>	138	\$ 115.00	\$15,870.00

LOTE No.	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		vías. CARACTERISTICAS: Lanzamiento rápido del disparador: permite liberar la presión inmediatamente, incluso en las presiones más altas. Tiene en cuenta la operación con una mano y no hay necesidad de marcar la presión baja antes de marcar. Perilla de presión: el diseño surcado de la perilla hace una torsión del apretón del movimiento de manera segura evitando resbalones y teniendo así una medición precisa de la presión necesaria. Mango ergonómico único de pistola: Diseño ergonómico de ajuste de apretón, disparador confortable en cualquier mano.			
	10605082	Item 6: CATÉTER PARA ACCESO FEMORAL 6 FR A 7 FR, CON GUIA 0.038" CURVA DERECHA Ó IZQUIERDA TIPO JUDKING , AMPLATZ PARA PUENTE VENOSO MULTIPROPOSITO Marca: MEDTRONIC Modelo: SITESEER Pais de Origen: ESTADOS UNIDOS DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CATÉTER ANGIOGRÁFICO JUDKINS IZQUIERDO PARA LA REALIZACIÓN DE ANGIOGRAFÍA SELECTIVA PARA ACCESO FEMORAL O RADIAL. -COMPATIBLE CON GUIA DE 0.035" Y 0.038" -SOPORTA PRESIONES DE HASTA 1200 PSI -CON RADIOPACIDAD -DE 6 A 7 FRENCH ESPECIFICACIONES: DIAMETRO INTERNO PERMITE TASA DE FLUJO MAS ALTAS: Control avanzado del esfuerzo de torsión Medtronic ofrece una línea completa de catéteres para angiografía, así poder satisfacer las necesidades de médicos y de pacientes.	257	\$ 20.00	\$5,140.00
	10605086	Item 7: KIT ROTOR (ACCESORIO PARA DESPLAZAMIENTO GUÍA) DESCRIPCIÓN COMERCIAL: VÁLVULA EN "Y" HEMOSTÁTICA DE ALTO FLUJO, QUE INCLUYA UN INTRODUCUTOR DE FILAMENTO GUÍA Y UN ROTOR. Marca: MEDTRONIC Modelo: AC4003M Pais de Origen: ESTADOS UNIDOS/ MEXICO ESPECIFICACIONES: El adaptador en Y del Kit Pitón con 0.110". Para facilitar la movilidad de filamento guía, permitiendo una entrada suavemente a través de la manija, manteniéndolo centrado mientras que incorpora el sistema. La herramienta para facilitar de la inserción del filamento guía, diseñada con una punta fina definida, para facilitar la introducción del dispositivo.	138	\$ 20.00	\$2,760.00
	10600255	Item 8: INTRODUCUTOR DE 6 A 8 FRENCH CON VALVULA ANTIRREFLUJO, DE 10 A 25 CM DE LONGITUD, CON DILATADOR Y GUIA DE 0.035" A 0.038", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE Marca: MEDTRONIC Modelo: INPUT TS Pais de Origen: ESTADOS UNIDOS DESCRIPCIÓN COMERCIAL: INTRODUCTOR ARTERIAL CON VALVULA HEMOSTATICA FIJA Y BRAZO LATERAL CON LLAVE DE 3 VIAS. MODELO INPUT TS INCLUYE: -INTRODUCTOR CON VALVULA Y BRAZO LATERAL -DILATADOR -GUIA DE PTFE DE 0.038" DE DIAMETRO de 45 CM. DISPONIBLE EN 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 FRENCH DISPONIBLE EN 11 CM (DILATADOR DE 17 CM) Y EN 23 CM (DILATADOR DE 29 CM) ESPECIFICACIONES: -INPUT® TS ESTÁ DISEÑADO PARA UNA INSERCIÓN PRECISA Y ATRAUMÁTICA MINIMIZANDO LA FRICCIÓN. -EL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA PUNTA PERMITE QUE EXISTA UNA MÍNIMA RESISTENCIA EN LA INSERCIÓN DEL DILATADOR Y EL INTRODUCUTOR. - CUBIERTA DE SILICONA QUE TIENE INPUT® TS FACILITA LA INTRODUCCIÓN DE LA VAINA Y EL DILATADOR. -EL SISTEMA ES RESISTENTE A TORCEDURA, LO QUE PERMITE QUE EL PACIENTE PUEDA SENTARSE EN UNA POSICION DE HASTA 60° POST PROCEDIMIENTO. -EL SISTEMA DE CIERRE DE ROSCA ENTRE EL DILATADOR Y LA VAINA PREVIENE QUE EL DILATADOR SE DESPLACE DURANTE LA INSERCIÓN.	138	\$ 20.00	\$2,760.00
	10605021	Item 9: CATÉTER PIGTAIL PARA VENTRICULOGRAFÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, COMPATIBLE CON GUIA 0.035" Y 0.038" Marca: MEDTRONIC Modelo: SITESEER Pais de Origen: ESTADOS UNIDOS DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CATÉTER ANGIOGRÁFICO PIGTAIL PARA VENTRICULOGRAFIA PARA ACCESO FEMORAL O RADIAL. -COMPATIBLE CON GUIA DE 0.035" Y 0.038" -SOPORTA PRESIONES DE HASTA 1200 PSI -CON RADIOPACIDAD -DE 6 A 7 FRENCH ESPECIFICACIONES: DIAMETRO INTERNO PERMITE TASA DE FLUJO MAS ALTAS Control avanzado del esfuerzo de torsión Medtronic ofrece una línea completa de catéteres para angiografía, así poder satisfacer las necesidades de médicos y de pacientes.	138	\$ 20.00	\$2,760.00

LOTE No.	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	10605022	<p>Item 10: GUÍA ANGIOGRAFIA PTFE 0.035", DIFERENTES LONGITUDES PUNTA EN J EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Marca: MEDTRONIC Modelo: PTFE País de Origen: ESTADOS UNIDOS / IRLANDA DESCRIPCIÓN COMERCIAL: GUÍA ANGIOGRÁFICA CUBIERTA DE PTFE PARA PROCEDIMIENTO DE ANGIOGRAFÍA CORONARIA. DISPONIBLE EN: -LONGITUDES DE 175 CM Y 260 CM. -DIAMETRO DE 0.035" Y 0.038" -PUNTA EN "J" -ALMA FIJA O MOVIBLE</p>	138	\$ 20.00	\$2,760.00
TOTAL					\$118,300.00

- 2) LOTE 2 al Licitante **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.** por un monto de **CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$118,250.00) IVA INCLUIDO**, por cumplir con todos los documentos legales, capacidad financiera, Experiencia y Capacidad Técnica solicitados en el documento de licitación; según detalle siguiente:

LOTE No.	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
2	60303575	<p>Item 1: MARCAPASO VENTRICULAR (VVI) PERMANENTE ADULTO Marca: ST. JUDE MEDICAL/ABBOTT Modelo: ENDURITY CORE País de Origen: Estados Unidos Telemetria: Inductiva Dimensiones (mm): 41 x 50 x 6 Peso (g): 19 Volumen (cc): 9.3 ± 0.5cc Conector: IS-1 Marcapaso ventricular (VVI) permanente adulto que permite que los pacientes se sometan a exploraciones por RESONANCIA MAGNETICA EN CIERTAS CONDICIONES e incluye electrodo compatible con resonancia magnetica. Su tamaño preferido por los medicos y su forma fisiologica minimizan el tamaño del bolsillo, con una longevidad excelente proporciona 14.4 años de vida útil a parametros nominales. La oferta incluye: 1) Marcapaso unicameral (Ventricular VVI) Modelo: ENDURITY CORE Referencia: PM1152 2) Electrodo Endocárdico Modelo: TENDRIL STS Referencia: 2088TC 3) Introdutor 7 french Modelo: PEEL AWAY Referencia: 405108 EL MARCAPASO ENDURITY CORE ES UN MARCAPASO VVIR CON SENSOR QUE ACTIVA LA ESTIMULACION CON RESPUESTA EN FRECUENCIA QUE PERMITE AL DISPOSITIVO AUMENTAR O REDUCIR LA FRECUENCIA DE ESTIMULACION EN FUNCION DE LOS DATOS DEL SENSOR DE ACTIVIDAD. CUANDO SE SELECCIONA PASIVO (OFF), EL DISPOSITIVO NO ACTIVA LA ESTIMULACION CON RESPUESTA EN FRECUENCIA SINO QUE REGISTRA DATOS DE DIAGNOSTICO QUE SE PUEDEN LEER EN LOS DIAGNOSTICOS DE FRECUENCIAS. ESTE SENSOR CON PARAMETROS NOMINALES DE FABRICA SE ENCUENTRA APAGADO (OFF). ESTO SIGNIFICA QUE EL MARCAPASO PUEDE SER CONFIGURADO EN MODO VVI Y MODO VVIR Y PUEDE SER ACTIVADO SEGUN INDICACIONES DEL MEDICO. Vencimiento: No menor a 14 meses.</p>	75	\$ 990.00	\$74,250.00
	60303576	<p>Item 2: MARCAPASO VENTRICULAR (VVI-R) PERMANENTE ADULTO Marca: ST. JUDE MEDICAL/ABBOTT Modelo: ENDURITY MRI País de Origen: Estados Unidos Telemetria: Inductiva Dimensiones (mm): 41 x 50 x 6 Peso (g): 19 Volumen (cc): 9.7 Conector: IS-1 Marcapaso ventricular (VVI) permanente adulto que permite que los pacientes se sometan a exploraciones por RESONANCIA MAGNETICA EN CUERPO ENTERO e incluye electrodo compatible con resonancia magnetica. Su tamaño preferido por los médicos y su forma fisiológica minimizan el tamaño del bolsillo, con una longevidad excelente proporciona 14.4 años de vida útil a parámetros nominales. La oferta incluye: 1) Marcapaso unicameral (Ventricular VVIR) Modelo: ENDURITY MRI Referencia: PM1172 2) Electrodo Endocárdico Modelo: TENDRIL STS Referencia: 2088TC 3) Introdutor 7 french Modelo: PEEL AWAY Referencia: 405108 Vencimiento: No menor a 14 meses.</p>	40	\$1,100.00	\$44,000.00
TOTAL					\$118,250.00

Monto total para esta adjudicación: **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$236,550.00) IVA INCLUIDO**

Plazo de Entrega: **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, contados a partir de la distribución del contrato

Elaborar los contratos, que serán cargados al Contrato de Préstamo BIRF-SV. Proyecto 5209, Cifrado Presupuestario y Categoría de Inversión siguientes:

PROVEEDOR	LOTE No.	ITEM No.	COMPONENT E	SOLICITUD DE COMPRA No.	CIFRADO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	CATEGORIA DE INVERSION	MONTO POR CATEGORIA DE INVERSION
AB CORPORACION, S.A. DE C.V.	1	1	1	662	2017-3200-3-08-01-22-3-54113	138	1.1.1.4	\$40,020.00
		2				138		\$25,530.00
		3				138		\$10,350.00
		4				138		\$10,350.00
		5				138		\$15,870.00
		6				257		\$5,140.00
		7				138		\$2,760.00
		8				138		\$2,760.00
		9				138		\$2,760.00
		10				138		\$2,760.00
CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	2	1				75		\$74,250.00
		2				40		\$44,000.00

Elaborar los contratos respectivos una vez la Resolución este en firme.

NOTIFIQUESE:



DR. JULIO OSCAR ROBLES TICAS
VICEMINISTRO DE SERVICIOS DE SALUD
ENCARGADO DEL DESPACHO

IAM/ARP

[Handwritten signature]

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Mon Oct 30 15:24:06 CST 2017
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	