




MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA No.90-2017



MINISTERIO DE SALUD. San Salvador, a las nueve horas del día siete de agosto del año dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y servicios, distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial versión (enero 2011), se promovió el proceso de Licitación Pública Nacional No. **FSSPSV-426-LPN-B**, denominado **"EQUIPO PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES PARA BANCO DE SANGRE"**; con fuente de financiamiento: Banco Mundial con el Contrato de préstamo BIRF 8076-SV; en el cual se licita el **LOTE 1: CONGELADOR DE PLASMA; y LOTE 2: REFRIGERADORA PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES EN BANCO DE SANGRE DE 4-6 PIES CUBICOS; LOTE 3: CAMARA REFRIGERANTE VERTICAL DE ULTRA BAJA TEMPERATURA (FREEZER) Y LOTE 4: REFRIGERADORA PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTE EN BANCO DE SANGRE DE 20-30 PIES CUBICOS.**
- II. Que el aviso de convocatoria a participar en el proceso de Licitación Pública Nacional No. **FSSPSV-426-LPN-B**, denominada **"EQUIPO PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES PARA BANCO DE SANGRE"**; fue publicado el día 19 de mayo de 2017, en el Sitio electrónico de compras públicas-COMPRASAL y en la página web del MINSAL.
- III. Señalándose el día veinte de junio del año dos mil diecisiete para la Recepción de Ofertas, según consta en el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas, recibándose cinco (05) ofertas, las cuales son: **1) ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.; 2) PROMED, S.A. DE C.V.; 3) CORESA DE C.V.; 4) M. REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. Y 5) RAF, S.A. DE C.V.**
- IV. Que según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas N° 33/2017, de fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, se nombró a los integrantes de la Comisión Evaluadora de



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

Ofertas, para el proceso de Licitación Pública Nacional FSSPSV-426-LPN-B, denominado "EQUIPO PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES PARA BANCO DE SANGRE", de conformidad a lo establecido en el Convenio de Préstamo 8076-SV y en el Manual de Operaciones.

- V. Que en fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, los Designados para la Evaluación de las Ofertas analizaron y evaluaron las ofertas, atendiendo las disposiciones establecidas en: a) las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por prestatarios del Banco Mundial (enero 2011), y b) el Documento Licitación Pública Nacional, numeral 2.10-Adjudicación del Contrato, recomendó la adjudicación de los bienes de este proceso a los oferentes, de acuerdo a lo siguiente: **LOTE 1: CONGELADOR DE PLASMA; al Licitante 5-RAF, S.A. de C.V.; LOTE 2: REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES EN BANCO DE SANGRE 4-6 PIES CUBICOS, al Licitante 2-PROMED, S.A. DE C.V.; LOTE 3: CAMARA REFRIGERANTE VERTICAL DE ULTRA BAJA TEMPERATURA (FREEZER), Licitante 1-ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.; LOTE 4: REFRIGERADORA PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES EN BANCO DE SANGRE DE 20-23 PIES CUBICOS, al Licitante 3-CORESA DE C.V;** por ajustarse a las condiciones establecidas en el Documento de Licitación Pública Nacional
- VI. De conformidad a lo estipulado en el numeral 2.61 de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Prestamos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial (enero 2011), se rechaza la oferta presentada por la empresa **M REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.** por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas, y condiciones establecidas en el Documentos de Licitación.
- VII. Que en el Sistema de Plan de Adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como Revisión Posterior.
- VIII. Que teniendo a la vista el Informe de Evaluación de ofertas y Recomendación para la adjudicación del contrato, emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas y estando de acuerdo



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

con el mismo, y de conformidad disposiciones establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y servicios, distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial versión (enero 2011).

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad a los considerando antes citados y las disposiciones establecidas en el numeral 2.59 de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial (enero 2011).

RESUELVE:

1. Adjudicar el Proceso de Licitación Pública Nacional N° **FSSPSV-426-LPN-B**, denominado: **EQUIPO PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES PARA BANCO DE SANGRE**”, por un monto total de **DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 07/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$220,394.07)**; de la siguiente manera:

a) Al Ofertante **5-RAF, S.A. DE C.V., LOTE 1: CONGELADOR DE PLASMA**, por un monto de: **CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$109,791.08)**, IVA incluido, se detalla:

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	60401024	CONGELADOR DE PLASMA MODELO: HPF120 ORIGEN: USA MARCA: HELMER GARANTIA DE FABRICACION: DOS AÑOS DESCRIPCION: • CONGELADOR VERTICAL CON SISTEMA DE VENTILACION POR AIRE FORZADO. • CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 360 UNIDADES DE PLASMA DE 250 ML CADA UNA • CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, CON PANTALLA DIGITAL; • TEMPERATURA DE TRABAJO PRE-AJUSTADA ENTRE (-15° -30) C	14	7,842.22	109,791.08



**MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
		<ul style="list-style-type: none"> •ALARMA SONORA Y VISUAL POR TEMPERATURA MAXIMA/MINIMA, FALLO DE Sonda Y PUERTA ABIERTA •PUERTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD •PUERTA SOLIDA •CON 5 PARILLAS •ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE •CUMPLE CON NORMATIVA EXCLUSIVA PARA BANCO DE SANGRE AABB •FABRICADO BAJO NORMA ISO 13485:2003 •VOLTAJE DE 115 VAC •FRECUENCIA: 60 HERTZ •FASES 1. •TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO •TIPO DE SEGURIDAD ELECTRICA NEMA 5-15 PLUG GRADO MEDICO 			
MONTO TOTAL A ADJUDICAR: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IVA INCLUIDO.					USD\$109,791.08

b) al Ofertante **2-PROMED, S.A. DE C.V.,** LOTE 2-REFRIGERADORA PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES EN BANCO DE SANGRE DE 4-6 PIES CUBICOS, por un monto de VEINTISIETE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$27,000.00) incluye IVA, se detalla:

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
2	60401101	<p>REFRIGERADOR PARA CONSERVACION DE HEMOCOMPONENTES EN BANCO DE SANGRE 4-6 PIES CUBICOS MARCA: B MEDICAL SYSTEMS MODELO: BR 250G ORIGEN: LUXEMBURGO GARANTIA: DOS AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION</p> <p>DESCRIPCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRI REFRIGERADORES PARA CONSERVACION DE BOLSAS DE SANGRE • CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 160 UNIDADES A 350 ML O 450 ML • MATERIAL DRAWERS, ACERO INOXIDABLE (V2A-1.431) EQUIPAMIENTO INTERIOR ESTANDAR, 2 ST DRAWERS CON FRONT COVER, INCLUYE 5 N RACKS SOM FRONT COVER • INTERRUPTOR PRINCIPAL CON BLOQUEO DE SEGURIDAD (RED ENC / APAG, • SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON REGULACION SIN ESCARCHA, PARA CONSEGUIR TEMPERATURA. CONSTANTE Y UNA DISTRIBUCION HOMOGENEA DE LA MUESTA EN TODA LA CAMARA FRIA. APAGADO AUTOMATICO AL ABRIR LA PUERTA FRONTAL. • INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA ESCALA EN 0.1° C • INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA ESCALA EN 0.1°C. LA ESTRUCTURA DEL MENU DE LA PANTALLA DE GRAFICOS DE FACIL MAJERO LE OFRECE UN USO INTUITIVO Y SENCILLO; • EL REGISTRO CONTINUO DE LA TEMPERATURA DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS SE PUEDE LLEVAR A CABO MEDIANTE LA APLICACION DCU OPCIONAL Y LA SOFTWARE DMN DE VISUALIZACION Y MONITORIZACION • DIFERENTES ALARMAS VISUALES, ACUSTICAS DE ALTAS BAJAS DE TEMPERATURA, APERTURA DE PUERTA, ALARMA CON BATERIA INTEGRADA EN CASO DE FALLA DE TEMPERATURA 	3	9,000.00	27,000.00



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
		<ul style="list-style-type: none"> • ALMACENAMIENTO, LEGALMENTE SEGURO DE BOLSAS DE SANGRE A +4°C, LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LA UNIDAD ES MONITORIZADA CONTINUAMENTE POR UN SENSOR INDEPENDIENTE DE REGULACION, QUE LA AJUSTA A +4°C, SE GARANTIZA ASI QUE LA TEMPERATURA DE LOS PREPARADOS ALMACENADOS SE MANTENGA EN +4°C±1.5°C • SISTEMA NO FORZADO DE DESCOGELACION QUE NO ALERTA A LA TEMPERATURA DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS EN LA FASE DE DESCOGELACION. • CABINA DE CONFIGURACION VERTICAL • ILUMINACION INTERIOR LED • RUEDAS DE ACCIONAMIENTO SUAVE CON ELEMENTOS DE FIJACION PARA UNA MAXIMA ADAPTABILIDAD AL AREA DONDE SE INSTALE • PUERTA DE CRISTAL, CON TRIPLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE. PARA FACILITAR UNA RAPIDA COMPROBACION Y UNA PRESELECCION DEL CONTENIDO DEL REFRIGERAR, • PUERTA CON CIERRE DE SEGURIDAD CON LLAVE • INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE • AISLAMIENTO DE LA PUERTA (POLIURETANO), CON TRIPLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE • NIVEL DE RUIDO (dB(AA)) 49. EL SISTEMA DE REFRIGERACION TIENE UN AJUSTE OPTIMIZADO PARA REDUCIR AL MAXIMO EL CONSUMO ELECTRICO, LA DISIPACION DE CALOR Y LA GENERACION DE RUIDO • R134 GAS LIBRE DE CARBONATOS DE CLORO FLUORUROS (cfc) O CUALQUIER OTRO TIPO NOCIVO AL MEDIO AMBIENTE • RUEDAS DE ACCIONAMIENTO CON ELEMENTOS DE FIJACION PARA MAXIMA ADAPTIBILIDAD AL AREA DONDE SE INSTALE • CAMARA INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE • CAMARA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE • AISLAMIENTO DE LA PUERTA POLIURETANO CON TRIPLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE 100 MM, AISLAMIENTO DE LA CARCASA (POLIURETANO) 85-95 MM • REGISTRADOR GRAFICO CON (TERMOGRAFO) O MEDIANTE APLICACION DCU Y LA SOFTWARE DDMN DE VISUALIZACION Y MONITORIZACION • MATERIAL DE REGISTRO DE TEMPERATURA PARA UN AÑO • NORMA PARA BANCO DE SANGRE DIN 58371 (ALEMANIA) • VOLTAJE 115V (60 Hz) • FASES 1 • TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO • NORMA DE SEGURIDAD ELECTRICAIEC 60601 • RUEDAS DE ACCIONAMIENTO SUAVE CON ELEMENTOS DE FIJACION PARA UNA MAXIMA ADAPTIBILIDAD AL AREA DONDE SE INSTALE • MATERIAL CARCASA EXTERIOR Y PUERTA, CAHPA DE ACERO GALVANIZADA • INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL CAMARA INTERIOR ACERO INOXIDABLE • AISLAMIENTO DE LA CARCASA POLIURETANO 			
MONTO TOTAL A ADJUDICAR: VEINTISIETE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 27,000.00)					USD\$27,000.00

c) Al Ofertante 1-ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V., LOTE 3-CAMARA REFRIGERANTE DE ULTRA BAJA TEMPERATURA (FREEZER), por la cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$28,272.99) incluye IVA se detalla:



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
3	60401020	<p>CAMARA REFRIGERANTE VERTICAL DE ULTRA BAJA TEMPERATURA (FREEZER) MARCA: ISOTEMP MODELO: CAT IU2386A ORIGEN: USA GARANTIA: DOS AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONGELADOR DE ULTRA BAJA TEMPERATURA PARA USO EN LABORATORIO • CAPACIDAD DE 22-26 PIES CUBICOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -50°C A -86°) • SISTEMA ROBUSTO CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO ENTRE 8-12 CM (12.7CM) • PANEL DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL QUE MUESTRA LA TEMPERATURA; • CHAPA CON LLAVE EN LA PUERTA, FABRICADA DE ACERO. • LIBRE DE REFRIGERANTES CFC/HCFC • CON TRES O CINCO PUERTAS INTERIORES PARA AISLAR MEJOR LA TEMPERATURA INTERNA • ESTANTES REFORZADOS PARA SOPORTAR GRANDES CARGAS DE PRODUCTOS • JUNTAS DE LAS PUERTAS CLIMATIZADAS • ALARMAS DE ESTATUS, PUERTA ABIERTA, TEMPERATURA, SISTEMA DE RESPALDO • CONSTRUCCION CON AISLAMIENTO DE ESPUMA PARA ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA • INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE (CONSTRUIDO EN ACERO REFORZADO CON RECLUBRIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSION) • PANTALLA DE CONTROL DIGITAL Y LED <p>ACCESORIOS INCLUIDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -UPS CON PROTECCION DE LINEA DE 3KVA CON RESPALDO PARA AL MENOS 15 MINUTOS • BAJO NORMATIVA FDA • VOLTAJE DE 115 VAC • FRECUENCIA 60 HERTZ • FASES 1 • TOMACORRIENTE MACHO POLARIZADO 	3	9,424.33	28,272.99
MONTO TOTAL A ADJUDICAR: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					USD\$28,272.99

d) Al Ofertante 3-CORESA. DE C.V., LOTE 4-REFRIGERADORA PARA CONSERVACION DE HEMOCOPONENTES EN BANCO DE SANGRE DE 20-23 PIES CUBICOS, por la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$55,330.00) incluye IVA se detalla:

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
4	60401104	<p>REFRIGERADOR BANCO DE SANGRE DE 23 PIES MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: TSX2304BA ORIGEN: USA</p>	5	11,066.00	55,330.00



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
		<p>GARANTIA: DOS AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION.</p> <p>DESCRIPCION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REFRIGERADOR DISEÑADO PARA LA CONSERVACION DE BOLSAS DE SAGRE (HEMOCOMPONENTES) DE 23 CU. FT • CAPACIDAD PARA ALMACENAR 385 BOLSAS DE 450 ML • 7 ESTANTES MOVILES O GAVETAS DE ACERO INOXIDABLE • MECANISMO DE PARO Y SUJECION DEL ESTANDO CUANDO SE HAN EXTRAIDOS DE LA CAMARA; • CONTROL DE TEMPERATURA ATRAVES DE MICROPROCESADOR; • PANTALLA DIGITAL PARA LECTURA DE TEMPERATURA DEL INTERIOR; • IMPRESIÓN DE REGISTRO Y DE TEMPERATURA; • ALARMAS ACUSTIDAS Y VISUAL SOBRE TEMPERATURA, BAJA TEMPERATURA Y FALLA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA, SOPORTADA POR BATERIA INTERNA; • TEMPERATURA DE OPERACIÓN PREFIJADO A 4°C +/- 0.1 °c • TEMPERATURA ALARMA BAJO/ALTA TEMPERATURA: +1.5°C/+5.5°C • MODO DE DESGONGELACION AUTOMATICA • CABINA DE CONFIGURACION VERTICAL • CONTROLES E ILUMINACION DE INTERIOR • GABINETE MONTADO EN RODINES CON SISTEMA DE FRENO • 4 RUEDAS DE 2" Y DOS CON SISTEMA DE FRENOS • PUERTA CON TRIPLE PARED DE VIDRIO. VIDRIO DE SEGURIDAD ESTANDAR • PUERTA DE CIERRE HERMETICO, CON CERRADURA Y LLAVIN • INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE • MATERIAL DEL GABINETE ACERO PINTADO • MATERIAL DE LA CAMARA ACERO INOXIDABLE • PAREDES DEL GABINETE CON AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD • COMPRESOR SILENCIOSO 52 DBA • SISTEMA DE REFRIGERACION LIBRE DE CARBONATOS DE CLORO FLUORUROS (CFC) O CUALQUIER OTRO TIPO NOCIVO AL AMBIENTE • EQUIPO AUTOSOPORTADO AL PISO • CUBIERTA EXTERIOR DE ACERO RESISTENTE AL OXIDO O MEJOR MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION Y A DESINFECTANTES HOSPITALARIOS • CAMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE • AISLAMIENTO DE POLIURETANO • IMPRESOR DE REGISTRO DE TEMPERATURA • 100 HOJAS PARA REGISTRO DE TEMPERATURA • BAJO NORMATIVA AABB Y FDA • VOLTAJE DE LINEA: 115 VAC +/-10% • FRECUENCIA 60 HZ • FASES: 1 • TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO • NORMA DE SEGURIDAD ELECTRICA IEC 60601-1 O EQUIVALENTE 			
<p>MONTO TOTAL A ADJUDICAR:: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</p>					<p>USD\$55,330.00</p>

Cargado al Cifrado Presupuestario y Categoría de Inversión de acuerdo a lo siguiente: LOTE 1 Y 2:
 Cifrado Presupuestario: 2017-3200-3-08-02-22-3-61102, Componente 2, Categoría de Inversión 2.1.3.1-
 Adquisicion de equipo INS, (USD136,791.08); **LOTE 3 Y 4:** Cifrado Presupuestario: 2017-3200-3-08-02-
 22-3-61102, Componente 2, Categoría de Inversión: 2.1.3.3-Mejoramiento de la capacidad del MINSAL
 (USD\$83,602.99). Proyecto 5209



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

Plazo de entrega: Para todos los lotes SESENTA (60) DIAS CALENDARIO posterior a la distribución del contrato.

2. Encomendar a la UACI la elaboración de los contratos respectivos.

NOTIFÍQUESE:



**DRA. ELVIA VIOLETA MENJÍVAR ESCALANTE
MINISTRA DE SALUD**

EVM/mecf

R. D. S.

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Thu Aug 17 09:08:21 CST 2017
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	<p>Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.</p>	